ЕТГ ЕООД

медицинска апаратура, сервиз, лабораторни диагностични тестове

ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР MEDICA EASYBLOODGAS

ПРОТОКОЛ

Клиент		**Град**	
Сериен № на апарата		**Дата**	

		Проверка	Подмяна
1	Тюбинг на ролкова помпа		
2	Референтен електрод		

		Проверка	Почистване
3	Електроди		
4	Принтер		

5	Калибрационни стойности	Норма	Получени
	pH	55.00 - 65.00	
	PCO2	46.50 - 60.00	
	PO2	1.00 - 5.00	

	Тестване на компоненти	Успешно	Неуспешно
6	Pump		
7	Valve		
8	Sampler Switches		
9	Door Switch		
10	Reagent Reader		

	Тестване на флуиди	Успешно	Неуспешно
11	Flow		
	Cal A		
	Cal B		
	Rinse		
12	Bubble Detector Cal		
	BD1		
	BD2		
13	Pump Cal		

14	Температура	Норма	Получено
	Sensor	36.9°- 37.1°C	
	Valve	36.0°- 41.0°C	
	Room	15.0°- 30.0°C	

15	mV Range	Норма	Получено
	Calibrant A		
	pH (mV)	-350 - 350	
	PCO2 (mV)	-150 - 150	
	PO2 (mV)	150 - 800	
	Calibrant B		
	pH (mV)	-320 - 380	
	PCO2 (mV)	-135 - 165	
	PO2 (mV)	<60	

16	Възпроизводимост	I	II
	pH		
	PCO2		
	PO2		

17	Коментари и препоръки

Анализаторът отговаря на техническите характеристики на производителя. **Да** ☐ **Не** ☐

Сервизен инженер: **Клиент:**

(.....) (.....)

СОБСТВЕНОСТ НА ЕТГ ЕООД

София 1504, ул. "Тракия" № 15, ет. 1, офис 1
тел.: (02) 846 81 62 тел./факс: (02) 846 81 63
www.etgdiag.com e-mail: office@etgdiag.com